

中电储能电池安全先进试验中心及独立储能电站示范项目实验室设备采购（第三批）

招标公告

内蒙古亿达招标代理有限公司受内蒙古中电储能技术有限公司委托，对中电储能电池安全先进试验中心及独立储能电站示范项目实验室设备采购（第三批）进行公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

一、项目概述

1. 项目名称与编号

项目名称：中电储能电池安全先进试验中心及独立储能电站示范项目实验室设备采购（第三批）

项目编号：NMGYDZB-2026-077

标段划分：本项目划分为 1 个标段

标段	采购内容及数量	参数及要求	最高限价（元）
第一标段	详见公告附件	详见招标文件	1054714

二、投标人资格要求

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3、投标人通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询，未被列入严重违法失信企业名单；

4、投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

凡有意参加投标者，请于 2026 年 07 月 07 日 09:00 至 2026 年 07 月 13 日 17:00（北京时间，下同），登录“中采惠招电子招投标交易平台”（<http://www.zchzb.com/>）自主网上报名，下载相关招标文件、澄清或修改等资料。中采惠招电子招投标交易平台技术支持联系方式：400-901-6886。并在系统中及时查看有无澄清及变更，潜在投标人如未从“中采惠招电子招投标交易平台”下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。

获取招标文件时，投标人须提供以下材料：



1. 法定代表人授权委托书及被授权人身份证（需明确联系方式及邮箱号）；
2. 营业执照；
3. 满足资格要求的承诺书（格式自拟）。

注：以上资料提供原件扫描件上传至“中采惠招电子招投标交易平台”（<http://www.zchzb.com/>），资料不全或不符合要求的均不予接收。

四、招标文件售价

本次招标文件售价为 500 元人民币。

五、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 07 月 27 日 09:30，投标人应在截止时间前通过“中采惠招电子招投标交易平台”完成电子投标文件的递交。中采惠招电子招投标交易平台技术支持联系方式：400-178-6288。

2. 逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

注：投标单位于递交响应文件截止时间登录中采惠招电子招投标交易平台”（<http://www.zchzb.com/>）进行投标文件的远程解密（提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密，需保持电脑网络通畅，以及确保有签章权限）。【注意事项】请投标人按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与系统沟通联系解决，因投标人原因未在规定时间内解密投标文件，视为投标人撤销其投标文件，投标将被否决。

云签章办理流程：登录“中采惠招电子招投标交易平台”（<http://www.zchzb.com/>）首页后点击左侧导航菜单系统管理-【云签章采集】，按流程操作即可。平台技术支持联系方式：400-178-6288。

六、其它补充事宜

交易服务费：投标人需给交易服务平台缴纳平台使用费。如需开具发票，请联系平台技术服务人员。

七、联系方式

招标单位名称：内蒙古中电储能技术有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区丁香大街以南、经三十二路以西中电储能新型电力储能系统产业研发制造基地

联系人：田女士

联系电话：13039527893



代理机构名称：内蒙古亿达招标代理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区滨河路水岸小镇四区 102 号底商

邮箱：nmgydzbd@163.com

联系人：刘娜、王琰

联系电话：0471-4696666



附件：采购清单

序号	设备名称	单位	数量	技术参数 (具体参数见规格书)	功能	用途
一、电池储能系统智能管理实验室						
1	电能质量测试分析系统	套	1	支持电压瞬变、波形畸变； 不少于1路输入，电压输入范围不低于1000V；	现场电能质量测试，分析谐波、电压不平衡等；	评估PCS性能
2	测试舱	套	1	20尺标箱，含配电装置、空调等附属设备，空间以满足实验设备安装满足	充放电平台控制、配电用； 提供稳定环境	提供配电控制房间
3	功率分析系统	套	1	精度：±0.02%（功率）、 ±0.05%（谐波）； 带宽：DC-10MHz； 输入范围：电压0-1500V AC/DC，电流0-100A AC/DC。	测量储能变流器（PCS）的转换效率、谐波含量等	分析PCS相关功率设备的高精度波形、谐波、效率
4	发电机	套	1	柴油发电机，10kw	柴油发电，提供临时用电	现场调试提供临时电源
二、高精度热管理和智能化温度控制实验室						
1	泄漏检测仪	套	1	AC220V，监测压力≥ 100kPa	质检液冷管道 泄漏检测	进料在线液冷板 泄露检测
2	高性能服务器	套	2	独立显卡，内存≥16G，处理器不低于3GHz	数据采集、分析及仿真计算	仿真分析；和电脑合并
3	盐雾试验机	台	1	MLB-60B	验证零部件选型和老化可靠性	小型零件验证



三、电池储能系统消防安全实验室						
1	视频监控 控系统	套	1	摄像头 1080P, 彩色; 含监 控后台	消防安全实验 视频监控	视频监控
2	防爆实 验舱	套	1	20 尺标舱, 含防爆泄压阀、 配电装置、空调等附属设 备, 空间以满足实验设备 安装满足	放置消防实验 设备	提供测试环境
3	气体分 析系统	套	1	H ₂ 、CO 等气体探测	消防实验过程 其他探测、分 析	气体分析
4	线缆	套	1	直流电缆, 通讯线缆等	测试设备线缆	连接各类设备
4.1	电缆	米	140	ZC-YJY23-0.6/1kV-1*500mm ²		
4.2	电缆	米	44	ZC-YJY23-0.6/1kV-3*6mm ²		
4.3	电缆	米	16	ZC-YJY23-0.6/1kV-3*35mm ² +2*16mm ²		
4.4	电缆	米	60	ZC-YJY23-0.6/1kV-3*25mm ² +2*16mm ²		
4.5	电缆	米	180	YJTU-1.8/3kV 1X240 TPU 外护套, 绝缘 XLPE		
4.6	电缆	米	180	YJTU-1.8/3kV 1X240 TPU 外护套, 绝缘 XLPE		
4.7	电缆	米	50	BVR-240mm ²		
5	手持式 测温枪	套	2	手持式, 红外非接触式测 温; 高精度传感器, 热点 追踪, 9 色及以上, 电脑软 件分析, 图像数据导出。	手持式红外测 温	便携、快速的温 度检测工具
6	配电装 置	套	1	满足设备供电	测试设备配电	提供配电
7	多介质 灭火系 统	套	1	全氟己酮和水消防灭火		提供多种灭火介 质测试

