

呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目比选公告

招标项目编号 (KPCGZ2025-62)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼伦贝尔市,扎赉诺尔区

一、招标条件

本呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:60000.00元,招标人为呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 洗板机采购,具体内容详见技术参数要求;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: 1

三、投标人资格要求:

投标人资格能力要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 1) 有能力承担本次采购项目的供应商并具有独立承担民事责任的能力,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 提供近6个月(至少一个月)良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关纳税凭证为准,未发生纳税月份提供零纳税申报凭据); 提供近6个月(至少一个月)的社会保险资金缴纳记录证明文件; 5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明); 6) 投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(详见财库【2016】125号文件,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询相关信用记录); 7) 法律、行政法规规定的其他条件。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-09-24 08:30:00到2025-09-26 17:00:00。

获取方式: 详见公告。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-09-26 17:00:00。

递交方式: 纸质文件递交, 内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司(内蒙古满洲里市碧桂园凤凰商业街二排054)。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-28 09:30:00。

开标地点：内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限公司（内蒙古满洲里市碧桂园凤凰商业街二排054）。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)、中国采购与招标网 (<https://zbdtd.chinabidding.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心。

九、联系人

招标人：呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心

地址：呼伦贝尔市扎赉诺尔区

联系人：郑先生

电话：0470-6521157

邮件：zhycdc@126.com

招标代理机构：内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区满洲里市碧桂园凤凰商业街二排054

联系人：王成竹

电话：13634747394

邮件：nmgkunpeng1212@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）李强（签名）

招标人或其代理机构： （盖章）

呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目比选公告

项目概况

内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司受呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心委托,采用比选方式组织呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。并于 2025 年 09 月 26 日 下午 17 点 00 分（北京时间）前提交比选文件。

一、项目基本情况

项目名称：呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目

项目编号：KPCGZ2025-62

采购方式：比选

采购需求：

质量要求：满足采购人需求

项目地点：呼伦贝尔市扎赉诺尔区

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	数量（台）	预算金额（元）
1	呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目	洗板机采购，具体内容详见技术参数要求	1	60,000.00

供货期：签订合同后 30 日历天内

本项目（ 不接受 ）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1) 有能力承担本次采购项目的供应商并具有独立承担民事责任的能力，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

提供近 6 个月 (至少一个月) 良好缴纳税收的相关凭据 (以税务机关纳税凭证为准, 未发生纳税月份提供零纳税申报凭据);

提供近 6 个月 (至少一个月) 的社会保险资金缴纳记录证明文件;

5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 (需提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明);

6) 投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 (详见财库【2016】125 号文件, 通过 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 渠道查询相关信用记录);

7) 法律、行政法规规定的其他条件。

三、比选文件内容

比选文件应包含以下内容: 企业营业执照、银行开户许可证或银行出具的基本账户信息证明、企业法定代表人代表资格证书或证明书 (附法定代表人身份证复印件)、法人授权委托书或法人授权委托书、提供近 6 个月 (至少一个月) 的社会保险资金缴纳记录证明文件、提供近 6 个月 (至少一个月) 的纳税证明 (以税务机关纳税凭证为准, 未发生纳税月份提供零纳税申报凭据)、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商在国家信息中心主办 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询记录、报价函。

四、比选文件要求

比选文件一式 2 份, 其中正本 1 份, 副本 1 份, 需胶装成册并盖公章密封递交。每一密封文件在封口处加盖投标供应商单位公章并注明 “_____ (项目名称) 比选文件于开标前不准启封” 字样。

五、比选文件递交

比选文件递交截止时间: 2025 年 09 月 26 日 下午 17 点 00 分 (北京时间)

比选文件递交地点: 内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司 (内蒙古满洲里市碧桂园凤凰商业街二排 054)

逾期送达的或者未送达指定地点的评选文件, 不予受理。

六、比选文件开启

比选文件开启时间：2025 年 09 月 28 日 上午 09 点 30 分（北京时间）

开启地点：内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司（内蒙古满洲里市碧桂园凤凰商业街二排 054）

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

项目单位：呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心

单位地址：呼伦贝尔市扎赉诺尔区

联系人：郑先生

联系方式：0470-6521157

2. 采购代理机构信息

名 称：内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司

地 址：内蒙古满洲里市碧桂园凤凰商业街二排 054

联系方式：李女士 0470-3186766

内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司

2025 年 09 月 23 日

技术参数要求

一、 功能要求

1. 由微电脑控制,能快速高效完成各种规格微孔板(48孔和96孔)的清洗工作;

2. 清洗头96针设计,可同时对96孔进行清洗,又能控制对各条选择清洗;

※3. 微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔;

4. 双板托盘可同时放置两块微孔板,即可单板清洗又能双板或多板交替清洗;

5. 开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通;

6. 具备浸泡、振动和底部冲洗功能,浸泡时间和振动节律可设置,满足特殊的清洗要求;

※7. 具有暂停和终止功能,按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作;

※8. 可拆卸双板托盘底面斜面设计,漏液自动抽取,可消毒免保养;

※9. 微孔板卡板位悬空设计,避免微孔板底面污染;

10. 洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响;

11. 两种洗液可供选择,可由程序设置自动切换或由手工切换;

12. 有堵孔排查程序,废液满自动报警功能;

※13. 清洗头位置调节六种(水平、左边、中间、右边、触底、板距),微孔板形参数显示精确到0.1mm,适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板;

14. 特种材料洗液瓶耐10kg正负压并有均匀体积刻度线,方便工作洗液的配制;

15. 具有透明生物安全罩,避免洗板过程中实验室生物污染;

16. 仪器具有维修程序,电机运行的速度可调节,各硬件可进行自动检测;

二、 技术参数要求

1. 清洗头:96针单条可控制,8孔/条和12孔/条可选择;

※※2. 具备两点定位吸液功能,96孔平均残留量 $<0.7\mu\text{L}/\text{孔}$;

※※3. 二次液体分流技术,确保96孔间加液量误差 $\text{CV}<1.5\%$;

4. 清洗次数:1-99次可调;

※5. 清洗条数:整板或1-12条可任意组合,键盘选择控制并指示;

6. 清洗模式:单板、双板或多板三种;

7. 清洗液加入量: $50-950\mu\text{L}/\text{孔}$ 可调,间隔 $50\mu\text{L}$;

8. 洗板速度为:5秒/板/次;

9. 洗板位:A、B两个;

10. 浸泡或振板时间：0-999 秒可调；
11. 吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔 0.1 秒；
12. 每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数；
- ※13. 可编程 100 个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称；

三、 配置要求

1. 中英文菜单，3.5 英寸背光液晶大屏幕同屏显示所有参数；
2. 液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液 A、洗液 B；
- ※3. 仪器采用一体化设计，特配减震体和消声器.
- ※4. 可升级废液自动排放功能；
- ※5. 可选配水雾捕获器确保泵体内干燥以延长泵体的使用寿命；

四、其它要求

1. 保修期一年，终身维护；
2. 负责仪器的安装调试及操作、维修培训；
3. 洗液瓶或废液瓶容量可选配 2L、5L、10L、20L；
4. 生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证；
5. 仪器制造商应通过 ISO13485：2016 和 ISO9001：2015 质量体系认证。

附件

呼伦贝尔市扎赉诺尔区疾病预防控制中心洗板机采购项目
报价函

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价 (元)	数量 (台)	总价 (元)
1								

报价单位：(盖章)

年 月 日

