

眼压计中标结果公示

招标项目编号 (HZQGC-2025-286)

一、中标人信息

【1】眼压计:

中标人: 星瀚(宁夏)科技有限公司, 中标价格: 14.3万元

二、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

三、监督部门

本项目监督部门为准格尔旗中医蒙医医院。

四、联系人

招标人: 准格尔旗中医蒙医医院

地址: 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

联系人: 田女士

电话: 0477-4705069

邮件: /

招标代理机构: 内蒙古恒正全过程工程管理有限公司

地址: 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇迎泽街道汇通小区路东

联系人: 张先生

电话: 15611206081

邮件: /

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 郭文亮 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)

眼压计

中标（成交）公示

内蒙古恒正全过程工程管理有限公司受准格尔旗中医蒙医医院委托，于2025年09月03日就眼压计（HZQGC-2025-286）采用公开招标进行采购。现就本次招标的中标（成交）结果公告如下。

1、采购项目名称：眼压计

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2025]ZQ02358号

2、中标人名称及中标（成交）价格：

包号	供应商地址	数量	评审办法	预算金额（元）	评审总得分
1	宁夏银川市兴庆区凤凰南街1号楼三层01号房301、302、303室	1	综合评分法	150000.00	81.16
中标人：星瀚(宁夏)科技有限公司； 中标金额：143000.00元。					

请中标人在公告期间到我单位领取通知书并办理相关手续，按规定时限和程序签订采购合同。

3、主要标的信息

序号	货物名称	规格型号	技术参数及要求	数量	单位	价格	生产厂家
1.	非接触式眼压计	CT-800	1. 测量范围：1-60mmHg 2. 测量幅度：1mmHg/0.1mmHg 步幅变化 3. 测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg 4. 工作距离：11MM 5. 自动检测和显示：R/L（眼别） 6. IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。 7. 可根据角膜厚度自动修正眼压值 8. 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位 9. 测量气流量：气流量	1	台	143000	东京光学(东莞)科技有限公司

序号	货物名称	规格型号	技术参数及要求	数量	单位	价格	生产厂家
			小, 对病人眼睛无伤害, 并设有气压的选择, 气流压力符合国家标准 10. 工作电压: 220-240 V 50/60Hz 11. 下巴托功能: 有 12. 显示器: ≥ 8.5 英寸 W VGA 彩色 LED 显示器, 触摸屏				
合计						143000 元	

4、公告时间:

自本公告发布之日起 1 个工作日

5、评委:

邬玺、马冬艳、宋庚超、鲁瑞强、张利华 (招标人代表)

如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的, 可在中标结果公示有效期内, 按招标文件第二章投标须知中有关质疑的规定向采购机构和采购代理机构提出质疑。

招标代理机构名称: 内蒙古恒正全过程工程管理有限公司

地 址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗迎泽街道汇通小区路东

邮政编码: 010300

联 系 人: 张先生

联系电话: 15611206081

招标人名称: 准格尔旗中医蒙医医院

地 址: 鄂尔多斯市准格尔旗

邮政编码: 010300

联 系 人: 田女士

联系电话: 0477-4705069

质疑联系人: 张先生

质疑联系电话: 15611206081